

Zamawiający
Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec

Żarnowiec, dnia 17.01.2019 r.

*Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu”

Oznaczenie sprawy: ZSR.KG.RK-271-0001/19

TREŚĆ PYTANIA:

W związku z pojawieniem się zapytania Znak: ZSR.KG.RK-271-0001/19 zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem regulacji RPM 90 – 6 000?
Prosimy o doprecyzowanie zapisu „2 zestawy probówek i adapter redukcyjny „ podając o jakie dokładnie probówki i adaptory chodzi Zamawiającemu wskazując wymiary (średnicę i długość lub pojemności oraz materiał z jakiego powinny być wykonane) probówek i ile sztuk powinien zawierać zestaw oraz doprecyzowanie zapisów „Intuicyjny układ nastawiania parametrów wirowania „ i „Min. 9 programów wirowania „ – czy zatem wirówka powinna mieć możliwość programowania parametrów wirowania czy tylko ich ustawiania?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zakup urządzenia z zakresem regulacji RPM 90 – 6000. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące 2 zestawów probówek i adapteru redukcyjnego to zamawiający zamierza zakupić redukcje dla probówek 5, 7 ml. oraz 1,5/2 ml które dają możliwość wirowania większości dostępnych probówek, oraz przeznaczone do tego kątowe reduktory. Materiał z którego powinny być wykonane probówki powinien być kompatybilny z zaproponowaną wirówką. Liczba probówek jest uzależniona od rodzaju reduktora (4, 6, lub 8). Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu wirówki z 9 programami wirowania z możliwością nastawiania indywidualnych parametrów wirowania.